



## **CONDICIONES Y NORMAS DE USO PARA LAS BOMBAS Y SISTEMAS DE VACÍO DE ALQUILER**

### **Preste atención a estos puntos**

Sólo se puede bombear a presión atmosférica en intervalos cortos de tiempo, de lo contrario se puede averiar la bomba.

En las bombas trifásica de 380/400 V deben comprobar el sentido de giro de motor.

Asegúrese de que la protección de su cuadro eléctrico es adecuado a la bomba de vacío.

Compruebe el nivel de aceite regularmente , es posible que deba añadir.

El uso de nuestras bombas en sistemas con contaminantes conlleva forzosamente el cargo de la descontaminación y una revisión completa.

En caso de que la bomba alquilada use PFPE asegurar que la línea de aspiración no tiene restos de aceite mineral. El aceite mineral contamina el PFPE y conlleva el cargo de una revisión completa de la bomba o sistema de vacío.

En los casos en los que se devuelvan las bombas muy sucias se aplicará un cargo por la limpieza de la misma.

Las bombas deben utilizarse según el fabricante, en caso de uso incorrecto el cliente es responsable de los daños ocasionados.

**Se requiere una declaración completa de contaminación a su devolución.**

**Tel.: +34 977 657 038**

**comercial@cypsoluciones.com**